



テクノウッドSSSガイドワイヤー一部素材変更

拝啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、テクノウッドSSSガイドワイヤーの一部素材変更をお知らせいたします。

現在X線不透過材として使用していますタングステンの部材が入手困難となり、タングステンに代わるX線不透過材として硫酸バリウムに切り替えることといたしました。

本材は医療機器販売承認書にも記載されております部材になります。

また、数名の医師による臨床評価も受けており問題無いとご評価頂いております。

また、使用変更品製造にあたり一部製品の供給遅延が発生する可能性があります。

弊社全社挙げて、供給遅延が無いよう最善の努力に努めて参ります。

上記の内容にてお客様にご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

※タングステン部材の調整から一部規格に絞った製造となりますので重ねてご理解・ご協力お願いいたします。

在庫に関しては弊社営業までご確認の程、宜しくお願い致します。

敬具

記

1. 対象商品: テクノウッドSSSガイドワイヤー
2. 切替時期: 2026年9月下旬頃～
3. お問い合わせ先: カスタマーサービス/弊社担当営業までお願いいたします。

以上



製造販売業者

123-0872 東京都足立区江北4-30-19

代表 03-3856-4111 FAX 03-3856-4113

カスタマーサービス:

03-5647-3925

FAX/FREEDIAL: 0120-32-2571

PN260901-A